

Số:11 /TTYT-KD

Chu Văn An, ngày 12 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế Chí Linh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm phim khô laser để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Chí Linh năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Chí Linh
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- DSCKI. Nguyễn Huy Phúc; Khoa Dược-TTB-VTYT;

- Số điện thoại: 0989.388.525;

- Địa chỉ email: *phucduoccl@gmail.com*
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy: Gửi về DSCKI. Nguyễn Huy Phúc; Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế Chí Linh;

- Địa chỉ: Số 358, Phố Nguyễn Trãi, Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng.

- Số điện thoại: 0989.388.525

- File mềm gửi vào email: *phucduoccl@gmail.com*.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 01 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 23 tháng 01 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói tham khảo	ĐVT	Số lượng dự kiến
1	Phim khô y tế SD-S 10x12 inch (25x30 cm)	Phim khô laser cỡ 10x12 inch tương thích máy in phim khô laser. Phim khô được xử lý nhiệt. Thành phần chính gồm: Polyethylene terephthalate: 80-90%, Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer: 1-5%,	Hộp 125 tờ	Tờ	10.000

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói tham khảo	ĐVT	Số lượng dự kiến
		Docosanoic acid, muối bạc (+1): 1-5%, Cellulose, acetate butanoate: <5%.			
2	Phim khô y tế SD-S 14x17 inch (35x43 cm)	Phim khô laser cỡ 14x17 inch tương thích máy in phim khô laser. Phim khô được xử lý nhiệt. Thành phần chính gồm: Polyethylene terephthalate: 80-90%, Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer: 1-5%, Docosanoic acid, muối bạc (+1): 1-5%, Cellulose, acetate butanoate: <5%.	Hộp 125 tờ	Tờ	1.500
Lưu ý: Thiết bị sẵn có của Chủ đầu tư: 1. Hệ thống chụp X-Quang Kỹ thuật số, Model: RAD Speed fit; Hãng/Nước sản xuất: SHIMADZU Corporation/Nhật Bản. 2. Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt, Chung loại: Whole Body X-ray CT System Supria; Hãng/Nước sản xuất: FUJIFILM/Nhật Bản.					

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế Chí Linh.
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Trọn gói.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I/2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không có điều khoản tạm ứng; thanh toán hợp đồng khi hoàn thiện các chứng từ đi kèm và hóa đơn thuế theo đúng quy định.

5. Các thông tin khác:

Hồ sơ báo giá bao gồm: Báo giá có đóng dấu hợp pháp của đơn vị; Bản thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa phù hợp với yêu cầu.

Kính mời nhà cung cấp có đủ điều kiện gửi báo giá đến Trung tâm Y tế Chí Linh.

Trung tâm Y tế Chí Linh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD, TC-KT.



GIÁM ĐỐC

Đặng Đức Thiệu